



Brugsanvisning for Pooltester klor/pH

Gælder for følgende varenumre: 151600

Denne pooltester anvendes til at foretager målinger af klor- og pH-værdi.

FRIT KLOR:

1. Fjern plastlåget og skyl testeren med det vand, der skal kontrolleres. Fyld op med prøvevand til 100 ml.
2. Ved måling af frit klor (Cl) tilsættes 1 stk. **DPD nr.1** tablet i vandprøven. Plastlåget påsættes.
3. Omryst til tabletten er opløst.
4. Sammenlign farven på vandprøven med farveskalaen til højre (Cl) og aflæs klortallet der, hvor farverne er ens.

5. Idealværdien for frit klor i badevand er 1,0 – 3,0 mg/l.

pH:

1. Fjern plastlåget og skyl testeren med det vand, der skal kontrolleres. Fyld op med prøvevand til 100 ml.
2. Ved måling af pH tilsættes 1 stk. **Phenol Red** tablet i vandprøven. Plastlåget påsættes.
3. Omryst til tabletten er opløst.
4. Sammenlign farven på vandprøven med farveskalaen til venstre (pH) og aflæs pH-tallet der, hvor farverne er ens.

5. Idealværdien for pH i badevand er 7,2 – 7,6.



WENDT & SØRENSEN
WE PURIFY AIR & WATER